

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) Проведение электрокардиографии

ФИО _____ Дата «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Практические действия	Отметка о выполнении
1.	Установить контакт с пациентом: Поздороваться, представиться, обозначить свою роль	☐ Да ☐ Нет
2.	Попросить пациента представиться (ФИО и дата рождения)	☐ Да ☐ Нет
3.	Сверить ФИО пациента и возраст с медицинской документацией	☐ Да ☐ Нет
4.	Сообщить пациенту о назначении врача	☐ Да ☐ Нет
5.	Объяснить ход и цель процедуры	☐ Да ☐ Нет
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	☐ Да ☐ Нет
	Подготовка к процедуре	
	<i>Подготовить оснащение:</i>	
7.	– Электрокардиограф	☐ Да ☐ Нет
8.	– Гель электропроводящий - 1 флакон	☐ Да ☐ Нет
9.	– Кожный антисептик	☐ Да ☐ Нет
10.	– Одноразовая простыня	☐ Да ☐ Нет
11.	– Бумажная одноразовая салфетка	☐ Да ☐ Нет
12.	– Салфетки с антисептиком	☐ Да ☐ Нет
13.	– Емкости для отходов класса А и Б	
14.	Застелить кушетку одноразовой простыней	☐ Да ☐ Нет
15.	Предложить (помочь) пациенту раздеться до пояса и обнажить область голеней	☐ Да ☐ Нет
16.	Снять браслеты, часы, цепочки	☐ Да ☐ Нет
17.	Предложить (помочь) пациенту лечь на кушетку на спине с вытянутыми вдоль туловища руками для максимального расслабления мышц	☐ Да ☐ Нет
18.	Обработать руки гигиеническим способом	☐ Да ☐ Нет
	Выполнение процедуры	
19.	Проверить готовность прибора к работе (исправность прибора, наличие кардиографической ленты, зарядки аккумулятора)	☐ Да ☐ Нет
20.	Обезжирить места наложения электродов спиртом	☐ Да ☐ Нет
21.	Нанести на пластинчатые электроды гель	☐ Да ☐ Нет
	<i>Установить их в следующем порядке:</i>	
22.	- красный цвет - правое предплечье	☐ Да ☐ Нет
23.	- желтый цвет - левое предплечье	☐ Да ☐ Нет
24.	- зеленый цвет - левая голень	☐ Да ☐ Нет
25.	- черный цвет (заземляющий провод) - правая голень	☐ Да ☐ Нет
	<i>На грудь установить 6 грудных электродов, используя резиновые груши-присоски, в следующем порядке:</i>	
26.	V1 - четвертое межреберье справа от грудины (красный)	☐ Да ☐ Нет
27.	V2 - четвертое межреберье слева от грудины (желтый)	☐ Да ☐ Нет
28.	V3 - между позицией V2 и V4 (зеленый)	☐ Да ☐ Нет
29.	V4 - пятое межреберье по левой средней ключичной линии (коричневый)	☐ Да ☐ Нет
30.	V5 - пятое межреберье по левой передней подмышечной линии (черный)	☐ Да ☐ Нет
31.	V6 - пятое межреберье по левой средней подмышечной линии (фиолетовый)	☐ Да ☐ Нет
32.	Включить тумблер электрокардиографа и записать контрольный милливольт	☐ Да ☐ Нет
33.	Последовательно записать ЭКГ во всех стандартных и грудных отведениях (12 отведений)	☐ Да ☐ Нет

34.	Записать по 3-5 комплексов каждого отведения на скорости 50 мм/с (при необходимости – на скорости 25 мм/с)	☐ Да ☐ Нет
35.	Оценить достигнутые результаты	☐ Да ☐ Нет
	Завершение процедуры	
36.	По завершению процедуры выключить тумблер электрокардиографа	☐ Да ☐ Нет
37.	Снять электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода	☐ Да ☐ Нет
38.	Предложить пациенту удалить излишки геля бумажной одноразовой салфеткой, встать и одеться	☐ Да ☐ Нет
39.	Поместить бумажную салфетку в емкость для отходов класса А	☐ Да ☐ Нет
40.	Узнать у пациента о его самочувствии	☐ Да ☐ Нет
41.	Обработать электроды салфеткой с антисептиком	☐ Да ☐ Нет
42.	Поместить салфетки с антисептиком в емкость для отходов класса Б	☐ Да ☐ Нет
43.	Поместить одноразовую простыню в емкость для отходов класса А	☐ Да ☐ Нет
44.	Обработать руки гигиеническим способом	☐ Да ☐ Нет
45.	Подписать ЭКГ (Ф.И.О., возраст, дата, время регистрации ЭКГ)	☐ Да ☐ Нет
46.	Сделать запись о выполненной процедуре в журнале регистрации ЭКГ	☐ Да ☐ Нет

ФИО члена комиссии

Подпись

	Общее число действий	Правильно выполнено
Результат		